

仕 様 書

入札日 令和3年6月14日(月) 9時30分

件名 大腸ビデオスコープ(PCF-H290ZI) 1式

1【構成内訳について、以下の要件を満たすこと】
1-1 大腸ビデオスコープ
2【機能等の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
2-1 大腸の観察・診断・撮影・治療が可能であること。
2-2 RIT機能(硬度可変、受動湾曲、高伝達挿入部)を有していること。
2-3 面順次方式のビデオスコープであり、鉗子チャンネル径3.2mm以上、先端部外径11.7mm以下、軟性部外径11.8mm以下、挿入部有効長が1330mm以上であること。
2-4 光学ズーム機能を搭載し、拡大観察が可能であること。
2-5 操作部に4つのスコープスイッチを有し、フリーズ、リリース、周辺装置のリモート操作等が可能であること。
2-6 観察性能について、視野角170° を有しおり、高解像の画像診断が可能であること。
2-7 EVIS LUCERA ELITE システムとの組み合わせにより、光デジタル法による狭帯域光観察(NBI)が可能であること。
2-8 ウォータージェット機能を有していること。
2-9 防水キャップの着脱が不要でも、洗浄・浸漬消毒が可能であること。
3【設置等について、以下の要求要件を満たすこと】
3-1 舞鶴赤十字病院 内視鏡室に設置すること
3-2 入札額には設置にかかる雑材・消耗品費・現地試験調整費、報告書作成及び交通費、安全管理費、現場管理費、一般管理費、その他本件設置にかかる一切の費用を含むこと。