

仕 様 書

入札日 令和3年11月29日(月) 9時30分

件名 手洗い装置3人用手洗いユニット 一式

1【構成内訳について、以下の要件を満たすこと】
1-1 手洗い装置3人用手洗いユニット 水道水仕様 ザウバーゾーン DKI-WF3-ZS
2【規格の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
2-1 本体外寸(W)2400mm×(D)670mm×(H)1950mm以下であること。
2-2 本体重量(台)は250kg以下であること。
3【性能、機能等の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
3-1 所要給水圧は200kPa以上、350kPa以下であること。
3-2 処理水量は毎分約6L～18Lであること。
3-3 超微細気泡混合水を作成する蛇口を有すること。
3-4 ミキシングバブルはサーモスタット方式であること。
3-5 手洗い装置、出水、止水は光電子式であること。
3-6 ソープディスペンサー(DKI-SD-200U)は光電式で、3台有すること。
3-7 熱菌タオルホルダー(DKI-RD-370)は光電式で、2台有すること。
3-8 シンク素材はFRPであること。
4【電池他の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
4-1 電源は100V、50/60hzであること。
5【清掃の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
5-1 天井面は埃がたまりにくく、掃除がしやすいラウンド形状で、シンクとパネルが一体で隙間がないこと。
6【その他の要求要件について、以下の要件を満たすこと】
6-1 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
6-2 導入時点で、後継機種が発売された場合には使用者に報告、指示を受けること。
6-3 本装置の使用者に対して操作説明及び保守などについての事項の説明・指導を行うこと。
7【設置等について、以下の要求要件を満たすこと】
7-1 舞鶴赤十字病院 手術室に設置すること
7-2 指定した納品場所において、本製品の据付、運転、調整を行うこと。
7-3 入札額には設置にかかる雑材・消耗品費・現地試験調整費、報告書作成及び交通費、安全管理費、現場管理費、一般管理費、その他本件設置・廃棄にかかる一切の費用を含むこと。